

Siegelnahtfestigkeitsprüfung


Nach EN 868-5:2009-9 und 58953-7:2010-5

Nordwest Dental GmbH & Co. KG
Siegelnahtfestigkeitsprüfung
Südportal 1
22848 Norderstedt

NWD
Technischer Kundendienst
Siegelnahtfestigkeitsprüfung
Tel.: +49 251 / 7607-211
Fax: +49 251 / 7607-350
www.nwd.de
siegelnaht@nwd.de

Erstellung von Proben für die Siegelnahtfestigkeitsprüfung

1. Bitte fertigen Sie für **jedes** in der Praxis verwendete Folienfabrikat **3 Proben** an, wie in der Grafik rechts dargestellt. Bevorzugt in den Folienbreiten 15 und 20 cm. Achten Sie darauf, dass die Siegelnähte intakt sind und keine Kanal- oder Blasenbildung aufweisen.
2. Bitte **sterilisieren** Sie die Proben im Programm mit der längsten Haltezeit und höchsten Temperatur (z. B.: Universal-Programm, 134 °C, 5:30 min). Kontrollieren Sie nach erfolgreicher Sterilisation, ob die Siegelnähte unversehrt sind, und nummerieren Sie die Proben.
3. Bitte füllen Sie das Formular auf der zweiten Seite aus und notieren Sie für jede Probe die Siegeltemperatur und Siegelkraft zu den entsprechenden Probennummern (siehe Chargenprotokoll, sofern technisch möglich).
4. Senden Sie die sterilisierten Proben zusammen mit dem ausgefüllten, unterschriebenen Formular an die oben angegebene Adresse. Die Proben bitte nicht knicken.



Siegelnahtfestigkeitsprüfung

Nach EN 868-5:2009-9 und 58953-7:2010-5

Anschrift

Praxis	
Zusatz	
Straße / Nr.	
PLZ / Ort	

Kontakt

E-Mail	
Telefon	
Ansprechpartner	
Anmerkungen	

Siegelnahtgerät

Hersteller	
Typ	
Gerätenummer	
Balkensiegelgerät	Durchlaufsigelgerät

Sterilisator

Hersteller	
Typ	
Gerätenummer	
Programm	

Proben

Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Breite in cm	Haltbarkeit*	Temperatur (sofern ablesbar)	Siegelkraft in N (sofern ablesbar)	Siegelzeit** in s (sofern ablesbar)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

* Haltbarkeitsdatum der Folie (oft auf der Innenseite der Rolle vermerkt)

** Bei Durchlaufsigelgeräten: Siegelgeschwindigkeit in m/s

Auftragserteilung

Ich beauftrage NWD mit der Durchführung einer Siegelnahtfestigkeitsprüfung entsprechend den geltenden Normen zu einem Preis von: **99,- € zzgl. MwSt.**

Datum

Unterschrift